

III-3-6) Milieux de culture

Le *tableau VI* donne les montants de ce sous lot.

Tableau VI : Comparaison des montants du sous lot des milieux de culture des fournisseurs

Fournisseurs	DRP	TS
Montant	3.082.000	5.323.720




Figure 4 : Comparaison des montants du sous lot des milieux de culture

TS a présenté des milieux de culture avec un coût plus élevé.

III-3-7) Réactifs de bactériologie

Tableau VII : Comparaison des montants du sous lot des réactifs de bactériologie des fournisseurs

La comparaison de ce sous lot est faite avec le *tableau VII*

Fournisseurs	DRP	TS
Montants	15.371.500	17.629.505




Figure 5 : Comparaison des montants du sous lot des réactifs de bactériologie des fournisseurs

Le coût des réactifs de bactériologie est plus faible avec DRP.

NB : Une caution de 2.500.000 Francs CFA doit être versée par chaque fournisseur pour le lot des réactifs de laboratoire. Cette caution est plus connue sous le nom de garantie de soumission dont la durée de validité est de 28 jours après l'expiration de la validité de l'offre qui est de 90 jours à compter de la date d'ouverture des plis (c'est-à-dire le jour où les dossiers des candidats sont ouverts).

III-4) Evaluation technique

Un comité est chargé de vérifier la régularité technique des soumissions des différents fournisseurs (c'est le comité technique). Il est composé du pharmacien chef et des chefs des différents laboratoires et de certains services cliniques de l'hôpital.

Les fournisseurs étaient obligés à respecter :

- Les spécifications des produits ;
- Les conditionnements ;
- Les quantités ;
- Les dossiers techniques et procédures spécifiques pour chaque réactif pour lequel ils sont demandés ;

Les prix des différents réactifs doivent être mentionnés

Le non respect de ces exigences conduit à l'élimination du candidat.

NB : les fournisseurs n'étaient pas obligés de fournir des échantillons.

III-4-1) Présentation des produits

Les produits sont présentés sous formes de tableau avec 4 colonnes comprenant :

- Colonne 1 : les numéros des produits ;
- Colonne 2 : les désignations avec des spécifications précises;
- Colonne 3 : les conditionnements ;
- Colonne 4 : les quantités.
- Exemple :

Numéros	Désignations des produits	Conditionnement de produits	Quantités demandées
N°1	Réactifs pour ferritine adapté à un automate de type Cobas E411	100 tests	1

III-4-2) Réactifs de sérologie

En sérologie les réactifs utilisés sont adaptés à un automate de type Cobas E411.

Un seul type de réactif adapté à cet automate est utilisé à l'hôpital c'est pourquoi un certificat d'adaptabilité n'est pas exigé.

Nous n'avons pas noté d'erreurs de la part du fournisseur.

III-4-3) Réactifs d'immuno-hématologie

Il existe des réactifs d'immuno-hématologie employés pour les méthodes manuelles. Mais la plupart sont des réactifs pour automate de type ST4 ou de type SYSMEX XS 1000i et un certificat d'adaptabilité est exigé.

Le certificat permet de justifier que le produit est bien adaptable à l'automate.

Le tableau VIII permet de vérifier la conformité technique des dossiers des différents fournisseurs pour les produits d'immuno-hématologie.

Tableau VIII : Conformité des réactifs d'immuno-hématologie présentés par les fournisseurs avec ceux demandés

N°	Désignations	Conditionnements	Quantités	DRP	TS
1	Ac Monoclonal murine anti A Solution saline Buffer inferieur 0.1% NaN3 Albumine bovine	10x10ml	20	OK	OK
2	Ac Monoclonal murine anti B Solution saline Buffer inferieur 0.1% NaN3 Albumine bovine	10x10ml	20	OK	OK
3	Ac Monoclonal murine anti AB Solution saline Buffer inferieur 0.1% NaN3 Albumine bovine	10x10ml	20	OK	OK
4	Ac Monoclonal murine anti D Solution saline Buffer inferieur 0.1% NaN3 Albumine bovine	10x10ml	20	OK	OK
5	Sérum anti A1 Titre 1/128	10ml	2	OK	OK
6	Sérum anti A2/H Titre/64	10 ml		OK	OK
7	Sérum control rhésus	10 ml	2	OK	OK

8	Réactif dosage Fibrinogène avec tampon adapté à un automate de type ST4	12x1ml	20	5x2ml au lieu de 12x1ml dossier technique non Fourni	OK
9	Réactif de détermination du temps de céphaline activé adapté à un automate de type ST4	6x5ml	100	Dossier technique non fourni	OK
10	Réactif détermination du complexe prothrombinique avec ISI entre (1,2 - 1,4) adapté à un automate de type ST4	6x5ml	100	Dossier technique non fourni	OK
11	Réactif de calibration adapté à un automate de type ST4	6x1ml	2	Non 5x1ml au lieu de 6x1ml Dossier technique non fourni	OK
12	Réactif d'étalonnage adapté à un automate de type ST4	4x 3x0.5ml	2	Dossier technique non fourni	OK
13	CaCl ₂ 0.025 M adapté à un automate de type ST4	24X15ml	2	Non 24x10 ml au lieu de 24X15ml	OK
14	Barrettes pour ST4	150X4	20	OK	OK
15	Papier thermique Mini Vidas adapté à un automate ST4 (110cm)	B/8	10	Pas de prix	OK

16	Flacon de 1850 billes pour appareil ST4	1850 Billes	20	OK	OK
17	Tampon pour test coagulation adapté à un automate de type ST4	24X15ml	1	Non 24x10 ml au lieu de 24X15ml dossier technique non fourni	OK
18	Réactif de contrôle hémostase adapté à un automate de type ST4	24x1ml	5	Non et dossier technique non fourni	OK
19	Réactif diluant adapté à un automate de type SYSMEX XS – 1000i	20 L	50	Non	OK
20	Réactif de lyse globules rouges adapté à un automate de type SYSMEX XS – 1000i	50 L	40	Non	OK
21	Réactif de différenciation globules blancs adapté à un automate de type SYSMEX XS – 1000i	42 ml	10	Non	OK
22	Réactif de dosage hémoglobine adapté à un automate de type SYSMEX XS – 1000i	3x 500 ml	10	Non	OK
23	Solution de rinçage adapté à un automate de type SYSMEX XS – 1000i	50 ml	20	Non	OK

DRP a proposé :

- un réactif dosage Fibrinogène automate ST4 conditionné à 5x2ml au lieu de 12x1ml et n'a pas fourni son dossier technique ;
- un réactif de calibrage automate ST4 conditionné à 5x1ml au lieu 6x1ml et n'a pas fourni son dossier technique ;
- un réactif CaCl_2 automate ST4 conditionné à 24x10ml au lieu de 24x15ml ;
- un tampon pour test à la coagulation automate ST4 conditionné à 24x10ml au lieu de 24x15ml et n'a pas fourni son dossier technique.

Il n'a pas fourni de dossier technique pour le réactif de détermination du temps de céphaline activé automate ST4, le réactif de détermination du complexe prothrombinique automate ST4, le réactif d'étalonnage automate ST4 et le réactif de contrôle hémostase automate ST4. Avec les réactifs pour automate SYSMEX XS-1000i DRP n'a pas respecté les spécifications des produits demandés.

TS a respecté tous les exigences techniques.

Pour tous ces résultats le dossier de DRP est déclaré non conforme contrairement à TS.

III-4-4) Réactifs de biochimie

En biochimie il existe des réactifs pour les tests manuels mais aussi pour automate et pour photomètre.

Les automates utilisés sont : A15, Cobas C311, hydrasys scan électrophorèse, Cobas b121, Cobas urinaire, In to it.

Le photomètre est de type GDV digiflame compact.

Un certificat d'adaptabilité et les procédures spécifiques étaient exigés aux fournisseurs de ces réactifs pour prétendre gagner ce sous lot.

La conformité technique des réactifs de biochimie des fournisseurs est illustrée dans *tableau IX*